

# PRODUKTDATENBLATT



EINWEGUNTERWÄSCHE

SENI LADY PANTS



## I. BESCHREIBUNG

Die zuverlässigen Seni Lady Pants sind eine saugfähige Einwegunterwäsche zum Schutz bei leichter und mittlerer Inkontinenz. Der saugfähige Kern besteht aus Zellstoff in Kombination mit superabsorbierenden Kügelchen. Sie enthalten eine Verteilungsschicht (EDS). Die elastischen Seitenbündchen schützen zuverlässig vor dem Auslaufen. Sie überzeugen durch ein feminines Design, Geräuschneutralität und sind dabei weich und angenehm zu tragen.

## II. INHALTSTOFFE

Zellulose, hydrophiler Vliesstoff, hydrophober Vliesstoff, Verteilungsvliesstoff (EDS), dampfdurchlässige Folie, Elastomergarn, Schmelzklebstoffe, Superabsorber.

## III. GRÖÖZE\*

Größe	Länge [mm]	Länge Saugkern [mm]	Gesamtbreite [mm]	Breite [mm] Vorne-Mitte-Hinten	Breite Saugkern [mm] Vorne-Mitte Hinten
Medium	700	430	660	115-80-115	80-110
Large	760	430	770	115-80-115	100-135

\* Abweichung+/- 10 mm

## IV. EIGENSCHAFTEN

Größe [cm]	Gewicht [g] minimum	Saugstärke [g] minimum (wg ISO 11948-1)	Retention [g] durchschnittlich (NAFC)
Medium	45,0	1000	410
Large	47,7	1000	410

## V. Logistik

Größe [cm]	Artikelnummer	Menge Stück In Verpackung	Menge VE in Transportverpackung	Menge Karton auf Palette	Transportverpackung
Medium	SE-096-ME10-L01	10	8	32	Karton
Large	SE-096-LA10-L01	10	8	32	Karton

Die Europalette mit der fertigen Ware wird auf der ganzen Höhe mit der Stretchfolie, sowie oben und unten mit der Folienhaube abgesichert.

## VI. AUFBEWAHRUNG

Inkontinenzeinlagen sollen in einem trockenen und gut belüfteten Raum bei einer Temperatur von 5 bis 35°C und Raumfeuchtigkeit von  $\leq 70\%$  in Originalverpackung gelagert werden. Die Packeinheiten müssen unberührt mit der Stretchfolie eingewickelt bleiben, um Staub oder sonstige Verschmutzung ggf. Fremdgeruch zu vermeiden.

## VII. ANDERE

**Haltbarkeit: 60 Monate.**  
**Medizinprodukt der Klasse I**

**Ausgestellt** Marta Piatkowska  
Technology

**Gepprüft:**  
Magdalena Ćwiertnia  
Leiterin der  
Produkttechnologie für Inkontinenz

Ausgestellt am 02.09.2024