

ONE TOUCH VERIO TESTSTREIF

ONE TOUCH Verio Teststreifen

PZN: 20322906

Inhalt: 50 St

Hersteller: ToValCare GmbH - Medical

Zweckbestimmung

Für die quantitative Messeung der Glukose (Zucker) in frischem Kapillarvollblut aus der Fingerbeere.

Zusammensetzung

Glukose-Dehydrogenase-Flavinadenindinukleotid oder FAD-GDH (aus *Aspergillus* sp.), Kaliumferrocyanid, weitere Inhaltsstoffe (Puffer usw.). Das Teststreifenröhrchen enthält ein Trockenmittel.